

Statsaut. Fodterapeut
Lene Vinkler Kjærgaard
Bilstrupvej 6
7800 Skive

CERTIFIKAT

april 2019

Dyrkningsresultat:

Kundenr.: 1735

Vi har gennemført dyrkningen af 1 sæt sporeprøver, indlagt i
Deres *Tørsterilisator* den 22. april 2019.

Resultatet blev for de 3 sporeprøver:

	plads	Ikke godkendt	godkendt
Placering	- 1: top ✓
Placering	- 2: bund ✓
Placering	- 3: ✓

Sporerne er dyrket i mindst 2*44 timer i næringssubstrat Tryptic Soy Broth.


Sterilisationen har været effektiv med en inaktiveringsfaktor på:

1 : 10⁶ eller bedre overfor sporer af *Bacillus atrophaeus*, og

1 : 10⁵ eller bedre overfor sporer af *Geobacillus stearothermophilus*.

og kan dermed godkendes. Denne test indgår i en løbende kontrol med
ovennævnte autoklave/sterilisator og udføres hver 3. måned.

Jyllinge, den 30. april 2019


Ulla Vedstesen, Cand.brom